調達要求番号：

<table>
<tr><td colspan="4">陸　上　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物 品 番 号</td><td colspan="2">６５３０－２８６－８１７７－５</td><td>仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="4">手術台，野外医療用</td><td colspan="3">GM－Ｔ１０７０２４B</td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>平成２０年　９月１０日</td></tr>
<tr><td>変　更</td><td>平成２３年　７月２０日</td></tr>
<tr><td>作成部隊等名</td><td>補給統制本部　衛生部</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の手術台について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなど等によって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者の使用しているカタログをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＮＤＳ　Ｚ　８０１１　　角形銘板

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GM－Ｔ１０７０５２　　シェルタ，手術車用，２型

c)　**法令等**

薬事法（昭和３５年法律第１４５号）

薬事法施行規則（昭和３６年厚生省令第１号）

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　製造承認等

製造承認等は，次による。

a)　“薬事法”により，医療機器として製造（輸入）承認された製品であるものとする。

b)　医療機器として製造（輸入）承認を要しない製品の場合は，“薬事法施行規則”により,医療機器製造（輸入）品目として許可を得ているものとするか,又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.3　製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書により指定する場合を除き，次による。

a)　製品の表示は，納入品の見やすい適当な箇所に，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の2.3及びＮＤＳＺ　８０１１による１種銘板を表示する。

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

5.1　包装

包装は，特に調達要領指定書により指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の4.1による。

5.2　包装の表示

包装の表示は，特に調達要領指定書により指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の4.2による。

6　その他の指示

6.1　附属品・予備品

附属品及び予備品は，製造会社の定めた仕様及び規格による標準附属品と標準予備品一式とする。

6.2　納入書類

6.2.1　添付書類

添付書類は，特に調達要領指定書により指定する場合を除き，**表1**による。

表1－添付書類

名称	数量	注記
取扱説明書（日本語版）	２部	GLT-CG-Z000001の7.1 a)による。
整備資料（第１種）[a)]		GLT-CG-Z000001の7.2 a)による。
部品表（第１種）[a)]		GLT-CG-Z000001の7.3 a)による。
注[a)]　整備資料及び部品表は，取扱説明書と合冊することができる。		

6.2.2　提出書類

提出書類は，**表2**による。ただし，過去に納入実績があり，前回納入時と変更がない場合は，省略できるものとする。

表2－提出書類

名称	数量	時期	提出先	注記
取扱説明書（日本語版）	１部	納入時	陸上自衛隊 補給統制本部 衛生部	GLT-CG-Z000001の7.1 a)による。
整備資料（第１種）[a)]				GLT-CG-Z000001の7.2 a)による。
部品表（第１種）[a)]				GLT-CG-Z000001の7.3 a)による。
外観写真	１組			４方写し，サービス版
注[a)] 整備資料及び部品表は，取扱説明書と合冊することができる。				

6.3 その他

契約の相手方は，“シェルタ，野外手術システム用”の契約者と細部調整を行うものとする。

調達品目表

調達要求番号		仕様書番号	GM－T１０７０２４B
調達要求年月日	．　　．	作成年月日	平成２３年　７月２０日
物品番号等		作成部隊等名	補給統制本部　衛生部

1　調達品目

品名	カタログ製品名
手術台，野外医療用	タカラベルモント㈱　ＤＲ－８７００ 瑞穂医科工業㈱　ＭＯＴ－８３００ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注a)　この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2　性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

a)　操作方法は電動式とし，リモートコントロールによる操作で各手術位の設定ができるものとする。

b)　頭部板及び脚板（左右）の取り外しが可能であるものとする。

c)　テーブル寸法は，Ｌ１　９５０ｍｍ×Ｗ５００ｍｍ以上であるものとする。

d)　質量は，３５０ｋｇ以下であるものとする。

e)　昇降範囲　　７８０ｍｍ以下～１　０００ｍｍ以上

f)　縦転角度　　上下各２５°以上

g)　背板屈折角度　　上がり６０°以上，下がり３０°以上

h)　頭部板屈折角度　　上がり４５°以上，下がり９０°以上

i)　スライド範囲　　脚方向２００ｍｍ以上，頭方向１４０ｍｍ以上

j)　“シェルタ，手術車用，２型”の手術室に強固に固定できる構造を有するものとする。

k)　シェルタに搭載した際の輸送等による振動に耐えうるものとし，また，保管環境温度の変化（－２０℃以下～６０℃以上）にも耐えうるものとする。

l)　本体内部にバッテリを有するものとする。

3　構成

番号	名称	数量a)	規格等	
			ﾀｶﾗﾍﾞﾙﾓﾝﾄ㈱	瑞穂医科工業㈱
1	手術台（本体）	1	DR-8700	MOT-8300
2	上肢台	2		
3	スクリーン架	1		
4	自在型胴受	3		
注a)　規定の数量と異なる場合は，調達要領指定書により指定する。				